

Обґрунтування
технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру
бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
(відповідно до пункту 4¹ постанови КМУ від 11.10.2016 № 710
«Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія:

Комунальне некомерційне підприємство «Житомирський обласний онкологічний диспансер» Житомирської обласної ради;
м.Житомир, вул.Фещенка-Чопівського, 24/4, 10002;
код за ЄДРПОУ – 01991470;
категорія замовника – комунальне некомерційне підприємство;

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

«50420000-5 – Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання (Послуги з перезарядки гама-терапевтичного апарату GammaMed джерелами іонізуючого випромінювання Ir-192)».

3. Ідентифікатор закупівлі:

UA-2022-02-22-014436-b

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Технічні і якісні характеристики даного предмету закупівлі враховані в технічній специфікації до тендерної документації (Додаток 1). Обсяги визначено відповідно до потреби, обрахованої Замовником та обсягу фінансування.

5. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Очікувана вартість предмета закупівлі, становить 3 300 000,00 грн з ПДВ. При визначенні очікуваної вартості закупівлі враховувалась інформація про ціни на послуги, що містяться в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі на сайтах постачальників відповідних послуг.

6. Процедура закупівлі :

Застосовується процедура відкритих торгів.

(Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі – технічна специфікація)

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

Найменування предмета закупівлі Код ДК 021:2015: 50420000-5 – Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання (Послуги з перезарядки гама-терапевтичного апарату GammaMed джерелами іонізуючого випромінювання Ir-192).

Кількість послуг (перезарядок) – 3 послуги протягом 2022 року

В рамках надання кожної послуги виконується:

- постачання джерел іонізуючого випромінювання Іридій-192 (Ir-192) (або аналог) у спеціальному захисному транспортно-перезарядному контейнері;
- підготовка гамма-терапевтичного апарату GammaMed до перезарядки джерелом іонізуючого випромінювання Ir-192;
- розрядка гамма-терапевтичного апарату GammaMed спеціалістами, які мають необхідний рівень кваліфікації та допуск до даних робіт;
- зарядка гамма-терапевтичного апарату GammaMed джерелом іонізуючого випромінювання Ir-192 (або аналог) спеціалістами, які мають необхідний рівень кваліфікації, та допуск до даних робіт;
- передексплуатаційна наладка гамма-терапевтичного апарату GammaMed та апробація його в робочому стані;
- повернення спеціального захисного контейнера з відпрацьованим джерелом іонізуючого випромінювання Ir-192;
- приймання відпрацьованого джерела іонізуючого випромінювання Ir-192 для підготовки та передачі його виробнику на захоронення (утилізацію).

Інші вимоги:

При наданні послуг з перезарядки гамма-терапевтичного апарату GammaMed учасник виконує поставку джерел іонізуючого випромінювання (ДІВ) Ir-192 (або аналог) призначені для використання у складі ГТА GammaMed.

Додаткові вимоги до ДІВ:

Вимоги до якості: ДІВ Ir-192 повинні відповідати загальним вимогам до якості ДІВ.

Вимоги до упаковки: ДІВ поставляється в зворотному захисному транспортно-перезарядному контейнері, що підлягає поверненню постачальнику. Упаковка, маркування та транспортування продукції виконується у відповідності до ПБПРМ-2020.

Документація, що додається до ДІВ: сертифікат (паспорт) джерела; сертифікат-відповідності вимогам технічного регламенту (копія), санітарно-епідеміологічний висновок (копія).

Учасник повинен надати у складі пропозиції відповідний лист-згоду щодо виконання даного технічного завдання та інші документи, які вважає за потрібне надати, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції даному додатку.