

## **Обґрунтування**

**технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

(відповідно до пункту 4<sup>1</sup> постанови КМУ від 11.10.2016 № 710

«Про

ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

**1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія:**

Комунальне некомерційне підприємство «Житомирський обласний онкологічний диспансер» Житомирської обласної ради;

м.Житомир, вул..Фещенка-Чопівського, 24/4, 10002;

код за ЄДРПОУ – 01991470;

категорія замовника – комунальне некомерційне підприємство;

**2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):**

«50421000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного обладнання (Послуги з перезарядки гама-терапевтичного апарату GammaMed джерелами іонізуючого випромінювання Ir-192)».

**3. Ідентифікатор закупівлі:**

UA-2022-12-12-013487-a

**4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:**  
Технічні і якісні характеристики даного предмету закупівлі враховані в технічній специфікації до тендерної документації (Додаток 1). Обсяги визначено відповідно до потреби, обрахованої Замовником та обсягу фінансування.

**5. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:**

Очікувана вартість предмета закупівлі, становить 4 900 000,00 грн з ПДВ. що відповідає розміру бюджетного призначення, та впливає з урахування ціни даного предмету закупівлі за минулий рік, з закладеним відсотком можливого підвищення ціни даного предмета закупівлі, а також з мережі Інтернет.

**6. Процедура закупівлі :**

Застосовується процедура відкритих торгів з особливостями.

(Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі – технічна специфікація)

### ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ ЩОДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ

Код ДК 021:2015: 50420000-5 – Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання (Послуги з перезарядки гама-терапевтичного апарату GammaMed джерелами іонізуючого випромінювання Ir-192)

Код ДК 021:2015 номенклатурної позиції: 50421000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного обладнання

Кількість послуг (перезарядок) – 3 послуги протягом 2023 року

**В рамках надання кожної послуги виконується:**

- постачання джерел іонізуючого випромінювання Іридій-192 (Ir-192) (або аналог) у спеціальному захисному транспортно-перезарядному контейнері;
- підготовка гамма-терапевтичного апарату GammaMed до перезарядки джерелом іонізуючого випромінювання Ir-192;
- розрядка гамма-терапевтичного апарату GammaMed спеціалістами, які мають необхідний рівень кваліфікації та допуск до даних робіт;
- зарядка гамма-терапевтичного апарату GammaMed джерелом іонізуючого випромінювання Ir-192 (або аналог) спеціалістами, які мають необхідний рівень кваліфікації, та допуск до даних робіт;
- передексплуатаційна наладка гамма-терапевтичного апарату GammaMed та апробація його в робочому стані;
- повернення спеціального захисного контейнера з відпрацьованим джерелом іонізуючого випромінювання Ir-192;
- приймання відпрацьованого джерела іонізуючого випромінювання Ir-192 для підготовки та передачі його виробнику на захоронення (утилізацію).

#### **Інші вимоги:**

При наданні послуг з перезарядки гамма-терапевтичного апарату GammaMed учасник виконує поставку джерел іонізуючого випромінювання (ДІВ) Ir-192 (або аналог) призначені для використання у складі ГТА GammaMed.

**Додаткові вимоги до ДІВ:**

**Вимоги до якості:** ДІВ Іг-192 повинні відповідати загальним вимогам до якості ДІВ.

**Вимоги до упаковки:** ДІВ поставляється в зворотному захисному транспортно-перезарядному контейнері, що підлягає поверненню постачальнику. Упаковка, маркування та транспортування продукції виконується у відповідності до ПБПРМ-2020.

**Документація, що додається до ДІВ:** сертифікат (паспорт) джерела; сертифікат-відповідності вимогам технічного регламенту (копія), санітарно-епідеміологічний висновок (копія).

**Учасник повинен надати у складі пропозиції відповідний лист-згоду щодо виконання даного технічного завдання та інші документи, які вважає за потрібне надати, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції даному додатку.**