

Обґрунтування

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
(відповідно до пункту 4¹ постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія:

Комунальне некомерційне підприємство «Житомирський обласний онкологічний диспансер» Житомирської обласної ради;
м.Житомир, вул..Фещенка-Чопівського, 24/4, 10002;
код за ЄДРПОУ – 01991470;
категорія замовника – комунальне некомерційне підприємство;

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

«33160000-9 - Устаткування для операційних блоків (Фракційний лазер призначений для виконання абляції, вапоризації, висічення, розрізу і коагуляції тканин організму (НК 024-2019 – 36546 Лазер, діодний).»

3. Ідентифікатор закупівлі:

UA-2023-03-02-004717-a

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:
Технічні і якісні характеристики даного предмету закупівлі враховані в технічній специфікації до тендерної документації (Додаток 1). Обсяги визначено відповідно до потреби, обрахованої Замовником та обсягу фінансування.

5. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Очікувана вартість предмета закупівлі, становить 1 250 000,00 грн що відповідає розміру бюджетного призначення, та впливає з урахування ціни даного предмету закупівлі на ринку а також з мережі Інтернет.

6. Процедура закупівлі :

Застосовується процедура відкритих торгів з особливостями.

Додаток 1 до тендерної документації

(Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі – технічна специфікація)

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ ЩОДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ

Медико-технічні вимоги до

Код ДК 021:2015: 33160000-9 Устаткування для операційних блоків (Фракційний лазер призначений для виконання абляції, вапоризації, висічення, розрізу і коагуляції тканин організму (НК 024-2019 – 36546 Лазер, діодний))

Код ДК 021:2015 номенклатурної позиції: 33169100-3 Хірургічні лазери
Кількісні характеристики предмета закупівлі

№	Найменування	Кількість та одиниця виміру
1	Фракційний лазер призначений для виконання абляції, вапоризації, висічення, розрізу і коагуляції тканин організму	1 комплект

1. Призначення виробу:

Вимога	Відповідність, з посиланням на сторінку технічної документації
Лазер призначений для виконання абляції, вапоризації, висічення, розрізу і коагуляції тканин організму.	

2. Загальні відомості :

№	Загальні відомості	Ступінь інформації	Дані приладу, з посиланням на сторінку технічної документації
1.	Фірма виробник обладнання	вказати	
2.	Країна-виробник	вказати	
3.	Модель	вказати	
4.	Гарантійний термін експлуатації	не менше 24 місяців	

3. Комплектація :

№	Найменування	Кількість	Відповідність, з посиланням на сторінку технічної документації
1	Ручка	шт 1	
2	Фракційний CO2 лазерний зонд	шт 1	
3	CO2 лазерний зонд	шт 1	
4	Гайковий ключ	шт 1	
5	Ящик з аксесуарами	шт 1	
6	Захисні окуляри клієнта	шт 1	
7	Захисні окуляри лікаря	шт 1	
8	Педаль	шт 1	
9	Ключі	шт 1	
10	Шнур живлення	шт 1	
11	Ящик з аксесуарами 2	шт 1	
12	Кругли аплікатор	шт 1	
13	Квадратний аплікатор	шт 1	
14	Аплікатор 50мм для хірургічного лікування	шт 1	
15	Аплікатор 100 мм для хірургічного лікування	шт 1	
16	Аплікатор з обертанням на 360 градусів	шт 1	

4. Технічні параметри:

№	Найменування	Значення	Відповідність, з посиланням на сторінку технічної документації
1	Потужність	40 Вт	
	Довжина хвилі	10600нм	
	Режим сканування	Вільне сканування/послідовне сканування/сканування максимальної відстані	

	Довжина імпульсу	0,1-2,6 мс, регулюється	
	Відстані крапок	0,1-2,6мм регулюється	
	Енергія імпульсу	1-100 мДж	
	Інтервал між скануваннями	0-6с	
	Фокус конденсатора	F=50мм	
	Кут розходження променя	0,3 мрад	
	Направляючий промінь	635 нм інфрачервоний промінь	
	Система доставки променя	C-7 шарнірний важіль	
	Вага апарату	Не більше 47 кг	
	Напруга	220 Вт	
2	Вимоги до конфігурації виробу		
	З'ємний аплікатор для роботи	шт 1	
	Сенсорний екран управління	шт 1	
	Кнопка включення/ виключення	шт 1	
	Кнопка екстреного відключення	шт 1	
	роз'єм для кабелю живлення	шт 1	
	роз'єм для підключення педалі	шт 1	
	Захисний автоматичний вимикач	шт 1	
3	Загальні вимоги:		
	Пристрій повинен працювати з використанням лазера на основі діоксиду вуглецю	наявність	
	Пристрій повинен мати наступні режими роботи: хірургічний , імпульсний, безперервний, фракційний, гінекологічний.	наявність	
	Інформація на РК-дисплеї (меню налаштувань, інформація про режими і.т.д)	наявність	

5. Інші умови:

№	Документація	Вимога	Відповідність
1	Повинен мати гарантійний талон на виріб із зазначеним найменуванням товару, моделі, терміну гарантії, номеру	надати в складі тендерної пропозиції	
2	Повинен відповідати наступним вимогам: розділ 8-16 ДСТУ EN 60335-1:2017; Розділ 7 ДСТУ EN IEC 61000-3-2:2019; розділ 5 ДСТУ EN 61000-3-3:2017 Пункт 4.3 ДСТУ EN 55014-1:2019; пункт 5.1 ДСТУ EN 55014-2:2017	Надати копію сертифікату відповідності з додатками , виданий органом сертифікаційних випробувань в складі тендерної пропозиції	
3	Повинен відповідати діючим санітарним нормам законодавства України	Надати висновок державної санітарно- епідеміологічної експертизи в складі тендерної пропозиції учасника торгів	
4	Повинен бути задекларованим	Надати декларацію про відповідність у складі тендерної пропозиції	
4	Оригінал або копія гарантійного листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України) або представника, дилера, дистриб'ютора уповноваженого на це виробником, та/або від учасника торгів, яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у кількості та в терміни, визначені тендерною документацією та пропозицією Учасника торгів. Гарантійний лист повинен включати назву предмета закупівлі, найменування замовника та номер оголошення про проведення процедури закупівлі.	надати в складі тендерної пропозиції	

*Учасник, подаючи свою пропозицію, тим самим погоджується, що його тендерна пропозиція може бути відхилена в разі, якщо ним була надана недостовірна інформація щодо відповідності запропонованого ним товару технічним вимогам Замовника або товар, який представляється ним на торги, не відповідає технічним вимогам. Замовник для перевірки відповідності запропонованого Учасником товару може використовувати інформацію, розміщену в мережі **Internet**, в тому числі в електронній системі закупівель, офіційний сайт Виробника, тощо.*