

## **Обґрунтування**

### **технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

(відповідно до пункту 4<sup>1</sup> постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

#### **1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія:**

Комунальне некомерційне підприємство «Житомирський обласний онкологічний диспансер» Житомирської обласної ради;

м.Житомир, вул..Фещенка-Чопівського, 24/4, 10002;

код за ЄДРПОУ – 01991470;

категорія замовника – комунальне некомерційне підприємство;

#### **2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):**

«33160000-9 - Устаткування для операційних блоків (Відеогастроскоп (НК 024:2019:17663 Гнучкий відеогастроскоп).»

#### **3. Ідентифікатор закупівлі:**

UA-2023-03-10-002937-a

#### **4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:** Технічні і якісні характеристики даного предмету закупівлі враховані в технічній специфікації до тендерної документації (Додаток 1). Обсяги визначено відповідно до потреби, обрахованої Замовником та обсягу фінансування.

#### **5. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:**

Очікувана вартість предмета закупівлі, становить 1 350 000,00 грн що відповідає розміру бюджетного призначення, та впливає з урахування ціни даного предмету закупівлі на ринку а також з мережі Інтернет.

#### **6. Процедура закупівлі :**

Застосовується процедура відкритих торгів з особливостями.

(Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі – технічна специфікація)

## ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ ЩОДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ

### Медико-технічні вимоги до

#### Предмет закупівлі:

**ДК 021:2015: 33160000-9 Устаткування для операційних блоків**

**ДК 021:2015: 33168100-6 Ендоскопи**

**НК 024:2019: 17663 Гнучкий відеогастроскоп**

**Відеогастроскоп – 1 шт.**

#### ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

№	Найменування вимоги	Відповідність
1	Товар, запропонований Учасником, повинен бути введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку. На підтвердження Учасник повинен надати витяг з завіреної копії декларації або копію документів, що підтверджують можливість введення в обіг або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно з вимогами технічного регламенту, або витяг з сертифікату відповідності медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту або оригінал гарантійного листа довільної форми про проходження виробником або уповноваженою особою виробника в Україні процедури оцінки відповідності медичного виробу вимогам технічного регламенту.	
2	З метою отримання гарантій, що учасник спроможний своєчасно поставити запропоноване обладнання та для запобігання отримання фальсифікованого товару, учасник повинен надати оригінал гарантійного листа виробника (якщо учасник не є виробником товару), або офіційного представника, якщо його відповідні повноваження поширюються на територію України, що підтверджує можливість постачання учасником запропонованого обладнання в необхідній кількості, якості та в терміни, визначені цією документацією торгів та пропозицією учасника, із зазначенням: повної назви учасника, номера оголошення, назви предмету закупівлі, назви товару, кількості.	
3	Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим, таким, що не був у використанні.	
4	Термін гарантійного обслуговування обладнання має бути не менше 12 місяців з дати введення в експлуатацію, окрім інструментів, виробів, які призначені для одноразового застосування та комплектуючих виробів до обладнання	
5	Гарантійне сервісне обслуговування товару, запропонованого Учасником повинно здійснюватися сертифікованими інженерами. На підтвердження Учасник повинен надати копії сертифікатів, ліцензій сервісних інженерів, які мають повноваження проводити сервісне обслуговування запропонованого Товару.	
6	Учасник повинен надати підтвердження відповідності технічних параметрів обладнання, яке ним пропонується, медико-технічним	

	вимогам документації торгів, у вигляді таблиці з обов'язковим посиланням на відповідну сторінку офіційної друкованої інформації від виробника (інструкція користувача, експлуатаційно-технічна документація, каталог- українською мовою)	
7	Наявність інструкції або експлуатаційно-технічної документації українською мовою	

**МЕДИКО – ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ  
ВІДЕОГАСТРОСКОП**

<b>Медико – технічні вимоги</b>	<b>Відповідність (так/ні) з обов'язковим посиланням на сторінку з технічної документації виробника</b>
Відеогастроскоп – 1 шт.:	
Призначення – проведення ендоскопічних лікувально-діагностичних процедур у верхніх відділах ШКТ:	
Напрямок огляду - прямиий	
Кут поля зору, не менше 140°	
Глибина різкості або діапазон чіткого зображення в полі зору предметів, не гірше, ніж від 2 до 100 мм	
Зовнішній діаметр дистального кінця, не більше 9,2 мм	
Зовнішній діаметр ввідної трубки, не більше 9,2 мм	
Інструментальний канал (внутрішній діаметр), не менше 2,8 мм	
Кут вигину рухомої частини, не менше: нагору 210°, униз 90°, вправо/вліво 100°	
Довжина робочої частини, не менше 1030 мм	
Наявність режиму, що забезпечує оптимізацію зображення у вузькому діапазоні частот світла під час проведення ендоскопічного обстеження	
Можливість проведення електронного масштабування	
Наявність перемикачів дистанційного керування, не менше 4	
Наявність радіочастотної ідентифікації ендоскопу	
Відеогастроскоп повинен бути сумісним з обладнанням, яке є в наявності у закладі, без додаткових кабелів та адаптерів, а саме відеоцентром по типу CV-170	

Усі посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, вважати такими, що містять вираз "або еквівалент".

Невідповідність запропонованого Учасником товару встановленим медико - технічним вимогам розцінюється як невідповідність пропозиції умовам тендерної документації.

Подання пропозицій за окремими частинами предмету закупівлі не передбачено.