

## **Обґрунтування**

**технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

(відповідно до пункту 4<sup>1</sup> постанови КМУ від 11.10.2016 № 710

«Про

ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

**1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія:**

Комунальне некомерційне підприємство «Житомирський обласний онкологічний диспансер» Житомирської обласної ради;

м.Житомир, вул..Фещенка-Чопівського, 24/4, 10002;

код за ЄДРПОУ – 01991470;

категорія замовника – комунальне некомерційне підприємство;

**2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):**

«33160000-9 Устаткування для операційних блоків (Біполярні затискач-ножиці (НК 024:2019 47848-Тримач/електрод електрохірургічний для відкритих операцій біполярний багаторазового використання).»

**3. Ідентифікатор закупівлі:**

UA-2023-03-21-003332-a

**4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:**  
Технічні і якісні характеристики даного предмету закупівлі враховані в технічній специфікації до тендерної документації (Додаток 1). Обсяги визначено відповідно до потреби, обрахованої Замовником та обсягу фінансування.

**5. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:**

Очікувана вартість предмета закупівлі, становить 120 000,00 грн що відповідає розміру бюджетного призначення, та впливає з урахування ціни даного предмету закупівлі на ринку а також з мережі Інтернет.

**6. Процедура закупівлі :**

Застосовується процедура відкритих торгів з особливостями.

(Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі – технічна специфікація)

### ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ ЩОДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ

#### Медико-технічні вимоги до

ДК 021:2015 – 33160000-9 – Устаткування для операційних блоків (Біполярні затискач-ножиці (НК 024:2019 47848-Тримач/електрод електрохірургічний для відкритих операцій біполярний багаторазового використання)

№	Найменування товару	Код НК024:2019	Одиниці виміру	Кількість	Країна походження	Відповідність (так/ні), або посилання на документ, що підтверджує відповідність
1.	Затискач електрохірургічний біполярний, 180 мм -перекриття дрібних судин чи зварювання тонких тканин -плоскі бранші не більше 2 мм -довжина не більше 180 мм -коагуляція, зварювання -багаторазовий -біполярний принцип	47848	шт	6		
2.	Затискач електрохірургічний біполярний, 220 мм -перекриття дрібних судин чи зварювання тонких тканин -плоскі бранші не більше 2 мм -довжина не більше 220 мм -коагуляція, зварювання -багаторазовий -біполярний принцип	47848	шт	6		
3.	Біполярний затискач, 260 мм -перекриття великих масивів або товстих тканин -плоскі бранші не більше 3 мм -довжина не більше 260 мм -коагуляція, зварювання -багаторазовий -біполярний принцип	47848	шт	2		
4.	Кабель біполярний для під'єднання біполярного інструменту Довжина не менше 300 см	35042	шт	10		

ВСЬОГО: 4 найменування-24 штуки.

*Всі посилання на торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як «або еквівалент».*

Максимальне амплітудне значення напруги, яка подається на інструмент- 500 В

Максимальна потужність- 350 Вт

Біполярні інструменти для перекриття великих судин-150 ВТ

Електрична міцність ізоляції між робочою частиною й ізоляційним покриттям витримує випробувальну напругу змінного струму 1500 В.

Ізоляція інструментів між робочими частинами інструментів й ізоляційним покриттям на інструментах витримує ВЧ напругу, яка дорівнює 120% номінальної напруги інструментів.

Призначені для з'єднання (зварювання) або роз'єднання м'яких біологічних тканин, коагуляції цих тканин або резекції їх частин при проведенні відкритих, та закритих хірургічних операцій.

Для підтвердження відповідності запропонованого Учасником товару технічним вимогам, у складі пропозиції учасник повинен надати декларацію про відповідність технічному регламенту та/або сертифікати якості та/ або настанову з експлуатування.

З метою запобігання закупівлі неякісного товару та отримання гарантії своєчасного постачання товару у кількості, якості та з термінами придатності, яких вимагає Замовник, надати оригінал гарантійного листа від виробника або офіційного представника виробника в Україні медичних виробів, яким виробник або офіційний представник підтверджує можливість поставки предмету закупівлі цих електронних торгів зі строками придатності та в терміни, визначені замовниками торгів. Гарантійний лист повинен включати: повну назву замовника та учасника, предмет закупівлі згідно специфікації, номер оголошення про проведення закупівлі.