

## **Обґрунтування**

**технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**  
(відповідно до пункту 4<sup>1</sup> постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

**1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія:**

Комунальне некомерційне підприємство «Житомирський обласний онкологічний диспансер» Житомирської обласної ради;

м.Житомир, вул..Фещенка-Чопівського, 24/4, 10002;

код за ЄДРПОУ – 01991470;

категорія замовника – комунальне некомерційне підприємство;

**2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):**

50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання (Технічне обслуговування та ремонт медичного обладнання)»

**3. Ідентифікатор закупівлі:**

UA-2023-10-19-014909-a

**4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:**  
Технічні і якісні характеристики даного предмету закупівлі враховані в технічній специфікації до тендерної документації (Додаток 1). Обсяги визначено відповідно до потреби, обрахованої Замовником та обсягу фінансування.

**5. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:**

Очікувана вартість предмета закупівлі, становить **388 420,00** грн. що відповідає розміру бюджетного призначення, та впливає з урахування ціни даного предмету закупівлі на ринку а також з мережі Інтернет.

**6. Процедура закупівлі :**

Застосовується процедура відкриті торги з особливостями.

**Додаток 1 до тендерної документації  
(Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі –  
технічна специфікація)**

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ ЩОДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ**

**Код ДК 021:2015 – 50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання (Технічне обслуговування та ремонт медичного обладнання)**

**Код ДК 021:2015 номенклатурної позиції: 50421000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного обладнання**

<b>№</b>	<b>Найменування</b>	<b>Одиниця виміру</b>	<b>Кількість</b>
1	<b>Апарат для анестезії Leon Plus (серійний номер: 0200010HUL32010705)</b>	<b>Посл.</b>	
1.1	<b>Блок апарата:</b>		
1.1.1	Розбирання та збирання апарата	Посл.	1
1.1.2	Чистка апарата	Посл.	1
1.1.3	Заміна щорічного сервісного комплекта №1 док станції	Посл.	1
1.1.4	Заміна щорічного внутрішнього сервісного комплекта №2	Посл.	1
1.1.5	Заміна щорічного сервісного комплекта №3 модуля пацієнта	Посл.	1
1.1.6	Калібровка мультигазового модуля	Посл.	1
1.1.7	Заміна водної ловушки модуля мультигаза	Посл.	1
1.1.8	Заміна капнографічної лінії для дорослих довжиною 2 м	Посл.	1
1.1.9	Калібрування апарата	Посл.	1
1.1.10	Тестування апарата	Посл.	1
1.2	<b>компресор (серійний номер: A1186)</b>	<b>Посл.</b>	
1.2.1	Розбирання та збирання компресора	Посл.	1
1.2.2	Чистка компресора	Посл.	1
1.2.3	Заміна сервісного комплекта компресора	Посл.	1
1.2.4	Заміна колби автоматичного вологозбірника	Посл.	2
1.2.5	Заміна вхідного фільтра агрегата	Посл.	1
1.2.6	Тестування компресора	Посл.	1
2	<b>Апарат для анестезії Leon Plus (серійний номер: 0200010HUL99911450)</b>	<b>Посл.</b>	
2.1	<b>Блок апарата:</b>		
2.1.1	Розбирання та збирання апарата	Посл.	1
2.1.2	Чистка апарата	Посл.	1
2.1.3	Заміна щорічного сервісного комплекта №1 док станції	Посл.	1
2.1.4	Заміна щорічного внутрішнього сервісного комплекта №2	Посл.	1
2.1.5	Заміна щорічного сервісного комплекта №3 модуля пацієнта	Посл.	1
2.1.6	Калібровка мультигазового модуля	Посл.	1
2.1.7	Заміна водної ловушки модуля мультигаза	Посл.	1
2.1.8	Заміна капнографічної лінії для дорослих довжиною 2 м	Посл.	1
2.1.9	Калібрування апарата	Посл.	1
2.1.10	Тестування апарата	Посл.	1
2.2	<b>компресор (серійний номер: A7175-05-2020)</b>	<b>Посл.</b>	
2.2.1	Розбирання та збирання компресора	Посл.	1
2.2.2	Чистка компресора	Посл.	1
2.2.3	Заміна вхідного фільтра агрегата	Посл.	1
2.2.4	Заміна сервісного комплекта компресора	Посл.	1
2.2.5	Заміна колби автоматичного вологозбірника	Посл.	1

2.2.6	Тестування компресора	Посл.	1
3	<b>Апарат для анестезії Leon (серійний номер: 0200020HUL00302121)</b>	<b>Посл.</b>	
3.1	<b>Блок апарата:</b>		
3.1.1	Чистка апарата	Посл.	1
3.1.2	Заміна датчика кисню	Посл.	1
3.1.3	Заміна щорічного сервісного комплекта №1 док станції	Посл.	1
3.1.4	Заміна щорічного внутрішнього сервісного комплекта №2	Посл.	1
3.1.5	Заміна щорічного сервісного комплекта №3 модуля пацієнта	Посл.	1
3.1.6	Заміна адаптера датчика кисню	Посл.	1
3.1.7	Заміна редуктора по тиску ,125 mbar	Посл.	1
3.1.8	Заміна мембрани експіраторного клапана	Посл.	1
3.1.9	Ремонт міксеру робочого газу	Посл.	1
3.1.10	Заміна датчика потоку	Посл.	1
3.1.11	Калібрування апарата	Посл.	1
3.1.12	Чистка апарата	Посл.	1
3.1.13	Розбирання та збирання апарата	Посл.	1
3.2	<b>компресор (серійний номер: A7311)</b>	<b>Посл.</b>	
3.2.1	Розбирання та збирання компресора	Посл.	1
3.2.2	Чистка компресора	Посл.	1
3.2.3	Заміна вологозбірника до компресора	Посл.	2
3.2.4	Заміна редуктора високого тиску	Посл.	1
3.2.5	Заміна соленоїдного клапана	Посл.	1
3.2.6	Заміна фільтра системи охолодження	Посл.	1
3.2.7	Заміна вхідного фільтра агрегата	Посл.	1
3.2.8	Тестування компресора	Посл.	1
4	<b>Апарат для анестезії Leon (серійний номер: 0200020HUL00302082)</b>	<b>Посл.</b>	
4.1	<b>Блок апарата:</b>		
4.1.1	Розбирання та збирання апарата	Посл.	1
4.1.2	Чистка апарата	Посл.	1
4.1.3	Заміна датчика кисню	Посл.	1
4.1.4	Заміна датчика потоку	Посл.	1
4.1.5	Заміна щорічного сервісного комплекта №1 док станції	Посл.	1
4.1.6	Заміна щорічного внутрішнього сервісного комплекта №2	Посл.	1
4.1.7	Заміна щорічного сервісного комплекта №3 модуля пацієнта	Посл.	1
4.1.8	Ремонт міксеру робочого газу	Посл.	1
4.1.9	Ремонт блока ротаметрів	Посл.	1
4.1.10	Калібрування апарата	Посл.	1
4.1.11	Тестування апарата	Посл.	1
4.2	<b>компресор (серійний номер: A7312)</b>	<b>Посл.</b>	
4.2.1	Розбирання та збирання компресора	Посл.	1
4.2.2	Чистка компресора	Посл.	1
4.2.3	Заміна колби автоматичного вологозбірника	Посл.	1
4.2.4	Заміна редуктора високого тиску	Посл.	1
4.2.5	Заміна сервісного комплекта компресора	Посл.	1
4.2.6	Заміна фільтра системи охолодження	Посл.	1
4.2.7	Тестування компресора	Посл.	1

#### Вимоги до учасників

Послуги з технічного обслуговування повинні забезпечувати:

- гарантований робочий стан обладнання;

- безпеку функціонування обладнання для лікаря (лаборанта) та пацієнта завдяки обслуговуванню сертифікованими фахівцями згідно норм та правил підприємства-виробника;
- запобігання виходу з ладу обладнання завдяки технічному нагляду та проведенню сервісних робіт.

Послуги повинні надаватися кваліфікованим персоналом (надати копію(ї) сертифікату(ів) про навчання від виробника вказаного медичного обладнання або організацією, уповноваженою на це виробником)

Учасник повинен підтвердити можливість надання послуг, належної якості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. На підтвердження Учасник повинен надати оригінал листа виробника обладнання, що підлягає ремонту та/або технічному обслуговуванню (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), або представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість надання Учасником послуг згідно з предметом закупівлі, належної якості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер оголошення, а також назву предмета закупівлі.

Надання послуг передбачає приїзд інженера на територію Замовника.

Приїзд інженера на територію Замовника повинен бути здійснений протягом двох робочих днів з моменту отримання учасником – виконавцем заявки від Замовника.

Гарантія на надані послуги повинна становити не менше 6 місяців.

Вартість послуг повинна включати вартість витратних матеріалів для проведення технічного обслуговування .

Роботи щодо технічного огляду та ремонту проводяться на основі вимог і рекомендацій технічної і експлуатаційної документації кожного виду медичної техніки.

Замовник вимагає від Учасників подавати пропозиції на весь комплекс робіт з технічного огляду та ремонту та на весь перелік техніки (обладнання).

**Учасник повинен надати у складі пропозиції відповідний лист-згоду щодо виконання даного технічного завдання щодо предмету закупівлі та інші документи, які вважає за потрібне надати, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції даному додатку.**

*Учасник, подаючи свою пропозицію, тим самим погоджується, що його тендерна пропозиція може бути відхилена в разі, якщо ним була надана недостовірна інформація щодо відповідності запропонованого ним товару технічним вимогам Замовника або товар, який представляється ним на торги, не відповідає технічним вимогам. Замовник для перевірки відповідності запропонованого Учасником товару може використовувати інформацію, розміщену в мережі Internet, в тому числі в електронній системі закупівель, офіційний сайт Виробника, тощо.*

*Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції.*

*У разі отримання достовірної інформації про невідповідність переможця процедури закупівлі вимогам кваліфікаційних критеріїв (якщо такі вимагались), підставам, установленим пунктом 47 Особливостей, або факту зазначення у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі (в тому числі технічні, якісні характеристики), замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника згідно пункту 44 Особливостей.*

*За підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів чи надання недостовірної інформації учасник торгів несе відповідну відповідальність.*

### **Обґрунтування необхідності закупівлі:**

Технічні та якісні характеристики визначено з урахуванням загальноприйнятих норм і стандартів для зазначеного предмета закупівлі. Якість надання послуг медицини часто залежить від працездатності обладнання і техніки, яке призначене для обстеження і лікування пацієнтів. Більш

раціональним рішенням, в разі поломки дорогої медтехніки, однозначно буде ремонт медичного обладнання. Його вартість обійдеться набагато дешевше, ніж закупівля нової раціональної заміни. Правильне, своєчасне усунення проблеми та подальше супутнє обслуговування, служать гарантією тривалої експлуатації апаратури. Від того, наскільки професійно буде виконаний ремонт медичної техніки, залежить ефективність лікування, рівень здоров'я пацієнтів в цілому.

Очікувана вартість предмета закупівлі була прорахована з урахуванням методики розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом МЕРіТУ № 275 від 18.02.2020, а саме методом порівняння ринкових цін, на підставі відкритих даних ринку про ціни на послуги з відповідними параметрами з використанням Інтернет - ресурсу, проведенням ринкових консультацій, а також з урахуванням розміру індексу інфляції в Україні у 2023 році (дана інформація оприлюднена на офіційному сайті Міністерства фінансів України - <https://index.minfin.com.ua/ua/economy/index/inflation/>).

Для дотримання принципів Закону, а саме максимальної економії та ефективності, Замовник прийняв рішення провести закупівлю саме даних послуг.