

## **Обґрунтування**

**технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**  
(відповідно до пункту 4<sup>1</sup> постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

**1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія:**

Комунальне некомерційне підприємство «Житомирський обласний онкологічний диспансер» Житомирської обласної ради;

м.Житомир, вул..Фещенка-Чопівського, 24/4, 10002;

код за ЄДРПОУ – 01991470;

категорія замовника – комунальне некомерційне підприємство;

**2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):**

**33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (Вироби медичного призначення (пробірки для забору крові))**

**3. Ідентифікатор закупівлі:**

**UA-2024-03-06-004856-a**

**4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:**  
Технічні і якісні характеристики даного предмету закупівлі враховані в технічній специфікації до тендерної документації (Додаток 1). Обсяги визначено відповідно до потреби, обрахованої Замовником та обсягу фінансування.

**5. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:**

Очікувана вартість предмета закупівлі, становить 146 500,00 грн. що відповідає розміру бюджетного призначення, та впливає з урахування ціни даного предмету закупівлі на ринку а також з мережі Інтернет.

**6. Процедура закупівлі :**

Застосовується процедура запит ціни пропозиції згідно Постанови від 7 липня 2023 р. № 686 "Про Порядок формування та використання електронного каталогу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2020 р. № 822 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 75, ст. 2407), з урахуванням положень, визначених цими особливостями" з Додатком до особливостей "ПЕРЕЛІК лікарських засобів та медичних виробів, закупівля яких здійснюється закладами охорони здоров'я, структурними підрозділами з питань охорони здоров'я обласних та Київської міської державних (військових) адміністрацій з використанням електронного каталогу"

**Додаток 1 до технічних параметрів закупівлі**

**(Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі – технічна специфікація)**

**МЕДИКО - ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ЩОДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ  
Код згідно ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник" – 33190000-8  
Медичне обладнання та виробу медичного призначення різні**

Учасники повинні надати в складі пропозиції документи, які підтверджують відповідність пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником, а саме:

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

<b>№з/п</b>	<b>Найменування (назва)</b>	<b>Код ДК 021:2015 номенклатурної позиції</b>	<b>Од. вим.</b>	<b>Кількість</b>	<b>Медико-технічні вимоги (характеристики/опис)</b>
1	Пробірка вакуумна для збору крові VACUSERA®, 2мл, з КЗ ЕДТА 13x75 мм, стерильна з бузковою кришкою, IVD, №100	33190000-8 Медичне обладнання та виробу медичного призначення різні	штуки	60	Наявність наповнювача Так Колір кришки Бузковий Стерильність Так Об'єм, мл 2 Наповнювач ЕДТА КЗ Розмір, мм 13x75
2	Пробірка вакуумна для збору крові VACUSERA, 6мл, з активатором згортання, 13x100 мм, стерильна, з червоною кришкою, IVD, №100	33190000-8 Медичне обладнання та виробу медичного призначення різні	штуки	210	Об'єм, мл 6 Матеріал пробірки Скло, Поліетилентерефталат, Пластик, Полістирол, Поліпропілен Наповнювач Активатор згортання (кремнезем) Стерильність Так Розмір, мм 13x100 Колір кришки Червоний Наявність наповнювача Так
3	Пробірка вакуумна для збору крові "ВОЛЕС", 4,5мл, з цитратом натрію (3,8%), 13x100 мм, стерильна, з блакитною кришкою, IVD, №100	33190000-8 Медичне обладнання та виробу медичного призначення різні	штуки	50	Стерильність Так Колір кришки Блакитний Об'єм, мл 4.5 Наповнювач Натрію цитрат Наявність наповнювача Так Розмір, мм 13x100