

## **Обґрунтування**

**технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**  
(відповідно до пункту 4<sup>1</sup> постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

**1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія:**

Комунальне некомерційне підприємство «Житомирський обласний онкологічний диспансер» Житомирської обласної ради;

м.Житомир, вул.Фещенка-Чопівського, 24/4, 10002;

код за ЄДРПОУ – 01991470;

категорія замовника – комунальне некомерційне підприємство;

**2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):**

**33140000-3 Медичні матеріали (голки для забору крові, тримач)**

**3. Ідентифікатор закупівлі:**

**UA-2024-03-06-009734-a**

**4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:**  
Технічні і якісні характеристики даного предмету закупівлі враховані в технічній специфікації до тендерної документації (Додаток 1). Обсяги визначено відповідно до потреби, обрахованої Замовником та обсягу фінансування.

**5. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:**

Очікувана вартість предмета закупівлі, становить 111 500,00 грн. що відповідає розміру бюджетного призначення, та впливає з урахування ціни даного предмету закупівлі на ринку а також з мережі Інтернет.

**6. Процедура закупівлі :**

Застосовується процедура запит ціни пропозиції згідно Постанови від 7 липня 2023 р. № 686 "Про Порядок формування та використання електронного каталогу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2020 р. № 822 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 75, ст. 2407), з урахуванням положень, визначених цими особливостями" з Додатком до особливостей "ПЕРЕЛІК лікарських засобів та медичних виробів, закупівля яких здійснюється закладами охорони здоров'я, структурними підрозділами з питань охорони здоров'я обласних та Київської міської державних (військових) адміністрацій з використанням електронного каталогу"

**Додаток 1 до технічних параметрів закупівлі**

**(Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі – технічна специфікація)**

**МЕДИКО - ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ЩОДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ**

**Код згідно ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник" – 33140000-3 Медичні матеріали**

Учасники повинні надати в складі пропозиції документи, які підтверджують відповідність пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником, а саме:

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

| <b>№з/п</b> | <b>Найменування (назва)</b>  | <b>Код ДК 021:2015 номенклатурної позиції</b> | <b>Од. вим.</b> | <b>Кількість</b> | <b>Медико-технічні вимоги (характеристики/опис)</b>   |
|-------------|--|---|-----------------|------------------|---|
| 1           | Тримач (холдер) "ВОЛЕС" стандартний, прозорий  | 33140000-3<br>Медичні матеріали               | штуки           | 210              | Основа Пластик<br>Матеріал Поліпропілен<br>Стерильність Ні<br>Кількість використань Одноразовий<br>Кількість одиниць в упаковці 100   |
| 2           | Голка двостороння «ВОЛЕС» розмір 21G (0,8x38мм) колір зелений для вакуумного забору крові, одноразового використання стерильна, №100 | 33140000-3<br>Медичні матеріали               | штуки           | 200              | Пакування Індивідуальне, Групове<br>Колірне кодування Ні, Так<br>Довжина 38.0 мм.<br>Стерильність Так<br>Тримач Ні<br>Клапан безпеки Ні, Так<br>Кількість проб крові Одна, Декілька<br>Луер адаптер Ні, Так<br>Візуальна камера Ні<br>Безпечна голка Так<br>Діаметр 0.8 (21G)<br>Кількість одиниць в упаковці 100<br>Кількість застосувань Одноразовий<br>Сумісність із системою S-Monovette Ні |
| 3           | Голка двостороння «ВОЛЕС» тип «флешбек» розмір   | 33140000-3<br>Медичні матеріали               | штуки           | 10               | Колірне кодування Так<br>Тримач Ні  |

|   |   |                                    |       |   |   |
|---|---|------------------------------------|-------|---|---|
|   | 21G (0,8x25мм)<br>колір зелений для<br>вакуумного забору<br>крові, одноразового<br>використання<br>стерильна №100                   |                                    |       |   | <p>Кількість застосувань Одноразовий</p> <p>Луер адаптер Ні</p> <p>Безпечна голка Так</p> <p>Кількість одиниць в упаковці 100</p> <p>Клапан безпеки Так</p> <p>Візуальна камера Так</p> <p>Діаметр 0.8 (21G)</p> <p>Довжина 25 мм.</p> <p>Довжина катетера Не нормується</p> <p>Сумісність із системою S-Monovette Ні</p> <p>Кількість проб крові Одна</p> <p>Стерильність Так</p> <p>Пакування Групове</p> |
| 4 | Катетер для ін'єкцій<br>«ВОЛЕС» типу<br>«метелик» з луер<br>адаптором розмір<br>23G одноразового<br>використання<br>стерильний №100 | 33140000-3<br>Медичні<br>матеріали | штуки | 5 | <p>Довжина від 19 мм.</p> <p>Довжина катетера від 190 мм.</p>   |