

## **Обґрунтування**

**технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**  
(відповідно до пункту 4<sup>1</sup> постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

**1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія:**

Комунальне некомерційне підприємство «Житомирський обласний онкологічний диспансер» Житомирської обласної ради;

м.Житомир, вул.Фещенка-Чопівського, 24/4, 10002;

код за ЄДРПОУ – 01991470;

категорія замовника – комунальне некомерційне підприємство;

**2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):**

**33140000-3 Медичні матеріали (голки для забору крові, тримач)**

**3. Ідентифікатор закупівлі:**

**UA-2024-04-01-006044-a**

**4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:**  
Технічні і якісні характеристики даного предмету закупівлі враховані в технічній специфікації до тендерної документації (Додаток 1). Обсяги визначено відповідно до потреби, обрахованої Замовником та обсягу фінансування.

**5. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:**

Очікувана вартість предмета закупівлі, становить 111 500,00 грн. що відповідає розміру бюджетного призначення, та впливає з урахування ціни даного предмету закупівлі на ринку а також з мережі Інтернет.

**6. Процедура закупівлі :**

Застосовується процедура запит ціни пропозиції згідно Постанови від 7 липня 2023 р. № 686 "Про Порядок формування та використання електронного каталогу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2020 р. № 822 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 75, ст. 2407), з урахуванням положень, визначених цими особливостями" з Додатком до особливостей "ПЕРЕЛІК лікарських засобів та медичних виробів, закупівля яких здійснюється закладами охорони здоров'я, структурними підрозділами з питань охорони здоров'я обласних та Київської міської державних (військових) адміністрацій з використанням електронного каталогу"

**Додаток 1 до технічних параметрів закупівлі**

**(Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі – технічна специфікація)**

**МЕДИКО - ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ЩОДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ**

**Код згідно ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник" – 33140000-3 Медичні матеріали**

Учасники повинні надати в складі пропозиції документи, які підтверджують відповідність пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником, а саме:

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

<b>№з/п</b>	<b>Найменування (назва)</b>	<b>Код ДК 021:2015 номенклатурної позиції</b>	<b>Од. вим.</b>	<b>Кількість</b>	<b>Медико-технічні вимоги (характеристики/опис)</b>
1	Тримач (холдер) "ВОЛЕС" стандартний, прозорий	33140000-3 Медичні матеріали	штуки	210	Основа Пластик Матеріал Поліпропілен Стерильність Ні Кількість використань Одноразовий Кількість одиниць в упаковці 100
2	Голка двостороння «ВОЛЕС» розмір 21G (0,8x38мм) колір зелений для вакуумного забору крові, одноразового використання стерильна, №100	33140000-3 Медичні матеріали	штуки	200	Пакування Індивідуальне, Групове Колірне кодування Ні, Так Довжина 38.0 мм. Стерильність Так Тримач Ні Клапан безпеки Ні, Так Кількість проб крові Одна, Декілька Луер адаптер Ні, Так Візуальна камера Ні Безпечна голка Так Діаметр 0.8 (21G) Кількість одиниць в упаковці 100 Кількість застосувань Одноразовий Сумісність із системою S-Monovette Ні
3	Голка двостороння «ВОЛЕС» тип «флешбек» розмір	33140000-3 Медичні матеріали	штуки	10	Колірне кодування Так Тримач Ні

	<p>21G (0,8x25мм)          колір зелений для          вакуумного забору          крові, одноразового          використання          стерильна №100</p>				<p>Кількість застосувань Одноразовий</p> <p>Луер адаптер Ні</p> <p>Безпечна голка Так</p> <p>Кількість одиниць в упаковці 100</p> <p>Клапан безпеки Так</p> <p>Візуальна камера Так</p> <p>Діаметр 0.8 (21G)</p> <p>Довжина 25 мм.</p> <p>Довжина катетера Не нормується</p> <p>Сумісність із системою S-Monovette Ні</p> <p>Кількість проб крові Одна</p> <p>Стерильність Так</p> <p>Пакування Групове</p>
4	<p>Катетер для ін'єкцій          «ВОЛЕС» типу          «метелик» з луер          адаптором розмір          23G одноразового          використання          стерильний №100</p>	<p>33140000-3          Медичні          матеріали</p>	штуки	5	<p>Довжина від 19 мм.</p> <p>Довжина катетера від 190 мм.</p>