

Обґрунтування

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
(відповідно до пункту 4¹ постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія:

Комунальне некомерційне підприємство «Житомирський обласний онкологічний диспансер» Житомирської обласної ради;

м.Житомир, вул.Фещенка-Чопівського, 24/4, 10002;

код за ЄДРПОУ – 01991470;

категорія замовника – комунальне некомерційне підприємство;

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

33140000-3 Медичні матеріали (медичні матеріали 6 найменувань)

3. Ідентифікатор закупівлі:

UA-2024-04-01-010396-a

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:
Технічні і якісні характеристики даного предмету закупівлі враховані в технічній специфікації до тендерної документації (Додаток 1). Обсяги визначено відповідно до потреби, обрахованої Замовником та обсягу фінансування.

5. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Очікувана вартість предмета закупівлі, становить 111 500,00 грн. що відповідає розміру бюджетного призначення, та впливає з урахування ціни даного предмету закупівлі на ринку а також з мережі Інтернет.

6. Процедура закупівлі :

Застосовується процедура запит ціни пропозиції згідно Постанови від 7 липня 2023 р. № 686 "Про Порядок формування та використання електронного каталогу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2020 р. № 822 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 75, ст. 2407), з урахуванням положень, визначених цими особливостями" з Додатком до особливостей "ПЕРЕЛІК лікарських засобів та медичних виробів, закупівля яких здійснюється закладами охорони здоров'я, структурними підрозділами з питань охорони здоров'я обласних та Київської міської державних (військових) адміністрацій з використанням електронного каталогу"

Додаток 1 до технічних параметрів закупівлі

(Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі – технічна специфікація)

МЕДИКО - ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ЩОДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ

Код згідно ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник" – 33140000-3 Медичні матеріали

Учасники повинні надати в складі пропозиції документи, які підтверджують відповідність пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником, а саме:

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

№з/п	Найменування (назва)	Код ДК 021:2015 номенклатурної позиції	Од. вим.	Кількість	Медико-технічні вимоги (характеристики/опис)
1	Матеріал шовний хірургічний V-Loc™ 90, що розсмоктується, розмір за USP 3-0, голка 27 мм 5/8 кола колюча, довжина 23см, колір фіолетовий	33140000-3 Медичні матеріали	штуки	60	<p>Наявність голки Так</p> <p>Кількість голок Одно-голкова</p> <p>Біодеструкція Так</p> <p>Стерильність Так</p>
2	Матеріал шовний хірургічний V-Loc™ 90, що розсмоктується, розмір за USP 2-0, Голка 37 мм 1/2 кола колюча, довжина 30см, колір фіолетовий	33140000-3 Медичні матеріали	штуки	70	<p>Наявність голки Так</p> <p>Кількість голок Одно-голкова</p> <p>Біодеструкція Так</p> <p>Стерильність Так</p>
3	Матеріал шовний хірургічний V-Loc™ 90, що розсмоктується, розмір за USP 3-0, голка 26 мм 1/2 кола колюча, довжина 23см, колір фіолетовий	33140000-3 Медичні матеріали	штуки	70	<p>Наявність голки Так</p> <p>Кількість голок Одно-голкова</p> <p>Біодеструкція Так</p> <p>Стерильність Так</p>
4	Катетер Фолея SoftSimplastic, 3-ходовий, тип Дюфор. Розмір Ch.	33140000-3 Медичні матеріали	штуки	15	<p>Стерильність Так</p> <p>Розмір, Fr 18</p>

	18				<p>Канали Трьохканальний (3-ходовий)</p> <p>Кількість використань Одноразовий</p> <p>Кількість одиниць в упаковці 1</p> <p>Призначення Катетери урологічні</p>
5	<p>Катетер Фолея SoftSimplastic, 3-ходовий, тип Дюфор. Розмір Ch. 20</p>	<p>33140000-3 Медичні матеріали</p>	штуки	5	<p>Канали Трьохканальний (3-ходовий)</p> <p>Стерильність Так</p> <p>Кількість використань Одноразовий</p> <p>Розмір, Fr 20</p> <p>Об'єм балона 75.0</p> <p>Призначення Катетери урологічні</p> <p>Кількість одиниць в упаковці від 1</p>
6	<p>Катетер Нелатона "MEDICARE", розмір Fr6</p>	<p>33140000-3 Медичні матеріали</p>	штуки	40	<p>Кількість використань Одноразовий</p> <p>Розмір, Fr 6</p> <p>Призначення Катетер урологічний</p> <p>Стать Чоловічий</p> <p>Стерильність Так</p>