

## **Обґрунтування**

**технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**  
(відповідно до пункту 4<sup>1</sup> постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

**1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія:**

Комунальне некомерційне підприємство «Житомирський обласний онкологічний диспансер» Житомирської обласної ради;

м.Житомир, вул..Фещенка-Чопівського, 24/4, 10002;

код за ЄДРПОУ – 01991470;

категорія замовника – комунальне некомерційне підприємство;

**2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):**

**3. «Код згідно ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник" - «Код ДК 021:2015 – 33110000-4 Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини (Система ультразвукова діагностична портативна), НК 024:2023: 40768 — Давач системи екстракорпоральної ультразвукової візуалізації ручний»**

**4. Ідентифікатор закупівлі:**

UA-2024-10-30-011415-a

**5. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:**  
Технічні і якісні характеристики даного предмету закупівлі враховані в технічній специфікації до тендерної документації (Додаток 1). Обсяги визначено відповідно до потреби, обрахованої Замовником та обсягу фінансування.

**6. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:**

Очікувана вартість предмета закупівлі, становить **170 000,00** грн. що відповідає розміру бюджетного призначення, та впливає з урахування ціни даного предмету закупівлі на ринку, а також з мережі Інтернет.

**7. Процедура закупівлі :**

Застосовується процедура відкриті торги з особливостями.

**Додаток 1 до тендерної документації**  
**(Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі –**  
**технічна специфікація)**

**Технічні вимоги**

На виконання вимог частини 4 статті 23 Закону, після посилання у цьому додатку на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва слід доповнити та читати і сприймати з виразом «або еквівалент».

**33110000-4 Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини (Система ультразвукова діагностична портативна), 33112200-0 - Ультразвукові установки,**  
**НК 024:2023: 40768 — Давач системи екстракорпоральної ультразвукової візуалізації ручний»**  
**Кількість 1 штука**

**Медико-технічні характеристики предмета закупівлі:**

№	Медико-технічні характеристики	Значення	Заповнюється Учасником, зазначити «так» чи «ні» з посиланням на сторінку технічної документації*
<b>1</b>	<b>Живлення</b>		
1.1	Акумуляторна батарея	Наявність	
1.2	Ємність батареї, не менше	6000 мАг	
1.3	Зарядний пристрій	Наявність	
<b>2</b>	<b>Вимоги</b>		
2.1	Тип датчика	Лінійний	
2.2	Портативна ультразвукова система	Наявність	
2.3	Вага (з акумулятором), не більше	400 г	
2.4	Область використання	Візуалізація черевної порожнини, педіатричні дослідження, дослідження малих органів (щитоподібна залоза, передміхурова залоза, мошонка, груди), неонатальні дослідження голови, дослідження опорно-рухового апарату, скелетно-м'язові, дослідження, судинні дослідження, дослідження легень	
2.5	Тип з'єднання	Бездротове	
2.6	Діапазон частот, не вужче	5,0 МГц – 10,0 МГц	
2.7	Глибина, не менше	6 см	
2.8	Режими: В, М, CF, кольоровий доплер (CF), енергетичний доплер (PW)	Наявність	
2.9	Розміри, не більше	180 x 75 x 40 мм	
2.10	Кількість елементів, не менше	128	

2.11	Інтервенційне введення (введення голки/катетера за допомогою вільної руки)	Можливість	
2.12	Функція передавання даних зображення	Наявність	
2.13	Функція контролю передавання даних	Наявність	
2.14	Програмне забезпечення для безпроводної передачі даних на смарт-пристрої ( IOS/Android)	Наявність	
<b>3</b>	<b>Входи і виходи</b>		
3.1	USB виходи, не менше	1	
3.2	Мікро USB, не менше	1	

\*Учасник має підтвердити відповідність запропонованого ним товару встановленим медико-технічним характеристикам. Підтвердження технічним характеристикам надається у формі заповненої таблиці наведеної вище. Разом з таблицею Учасник, в складі тендерної пропозиції, надає документ(и): настанову з експлуатації та/або інструкцію(керівництво/посібник тощо) з експлуатації та/або технічний опис та/або технічні умови та/або буклет та/або брошуру та/або каталог та/або ін. документ(и) виробника, в якому(их) міститься підтвердження встановлених медико-технічних характеристик та на який(і) Учасник посилається в таблиці, вказуючи сторінку(и) цього(цих) документу(ів).

**Інші вимоги до предмета закупівлі:**

1. Товар повинен бути новим, таким, що раніше не експлуатувався, не використовувався **(Учасник, для підтвердження встановленої вимоги, має надати гарантійний лист у складі тендерної пропозиції).**

2. Товар повинен бути належним чином зареєстрованим в Україні або дозволеним для введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) відповідно до законодавства. Ця вимога підтверджується **(Учасник повинен надати в складі тендерної пропозиції відповідний(і) документ(и)):**

декларацією та/або сертифікатом відповідності (про відповідність/оцінювання відповідності) технічному регламенту щодо медичних виробів затвердженого постановою КМУ від 02.10.2013 р. №753

**або**

документом(ами), що підтверджує(ють) можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) товару за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту.

3. Можливість поставки Учасником запропонованого товару повинна підтверджуватись оригіналом гарантійного листа виробника (представництва або філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України) **або** уповноваженого чи офіційного представника виробника на території України: уповноваженого представника виробника на території України або дилера або дистриб'ютора, що підтверджує можливість постачання Учасником запропонованого товару в необхідній кількості, якості та в потрібні терміни, визначені цією тендерною документацією, оголошенням та тендерною пропозицією Учасника. **(Учасник має надати такий гарантійний лист у складі тендерної пропозиції, який також повинен включати: назву Учасника, назву предмету закупівлі, одиницю виміру, кількість, номер оголошення).**

4. Гарантійний термін обслуговування повинен становити **не менше 12 місяці.** **(Учасник, для підтвердження встановленої вимоги, має надати гарантійний лист у складі тендерної пропозиції).**

5. Наявність сервісного центру на території України для гарантійного обслуговування товару, запропонованого Учасником. **(На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист у складі тендерної пропозиції із зазначенням адреси сервісного центру та номеру телефону).**

6. Гарантійне обслуговування товару повинно здійснюватися фахівцем(ями) або інженером(ами) або спеціалістом(ами) який(і) пройшов(ли) навчання у виробника та має(ють) необхідні знання. **(Учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції гарантійний лист для підтвердження встановленої вимоги).**

7. В ціну товару має входити навчання працівників Замовника по користуванню, доставка, налагодження та введення товару в експлуатацію **(На підтвердження Учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції гарантійний лист).**

#### **Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:**

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника, для надання високоякісної медичної допомоги та збереження здоров'я населення, медичного персоналу, з метою здійснення якісного лікування/діагностування, а також з урахуванням вимог нормативних документів.

Посилання Замовником в найменуванні та/або технічних характеристиках на виробників (у разі наявності), торговельну марку (у разі наявності) або тип (у разі наявності), тощо – обумовлено в тому числі і наданням Учасникам загального уявлення про технічні характеристики чи складові Товару, який потрібен Замовнику.

*Учасник, подаючи свою пропозицію, тим самим погоджується, що його тендерна пропозиція може бути відхилена в разі, якщо ним була надана недостовірна інформація щодо відповідності запропонованого ним товару технічним вимогам Замовника або товар, який представляється ним*

*на торги, не відповідає технічним вимогам. Замовник для перевірки відповідності запропонованого Учасником товару може використовувати інформацію, розміщену в мережі Internet, в тому числі в електронній системі закупівель, офіційний сайт Виробника, тощо.*

*Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції.*

*У разі отримання достовірної інформації про невідповідність переможця процедури закупівлі вимогам кваліфікаційних критеріїв (якщо такі вимагались), підставам, установленим пунктом 47 Особливостей, або факту зазначення у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі (в тому числі технічні, якісні характеристики), замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника згідно пункту 44 Особливостей.*

*За підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів чи надання недостовірної інформації учасник торгів несе відповідну відповідальність.*

### **Обґрунтування необхідності закупівлі:**

Потреба у даному товарі формувалась у відповідності до потреби замовника, для надання високоякісної медичної допомоги та збереження здоров'я населення, медичного персоналу, здійснення якісного лікування/діагностування, а також з урахуванням вимог нормативних документів. Технічні, якісні та інші характеристики предмету закупівлі були зазначені виходячи з потреби та досвіду замовника, сфери використання та практичних рекомендацій лікарів.

Посилання Замовником в найменуванні та/або технічних характеристиках на виробників (у разі наявності), торговельну марку (у разі наявності) або тип (у разі наявності), тощо – обумовлено в тому числі і наданням Учасникам загального уявлення про технічні характеристики чи складові Товару.

Очікувана вартість предмета закупівлі була прорахована з урахуванням методики розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом МЕРіТУ № 275 від 18.02.2020 та моніторингу цін аналогічних товарів на загальнодоступних Інтернет ресурсах (веб-портал з публічних закупівель, прозора маркет, сайти виробників, тощо).

Для дотримання принципів Закону, а саме максимальної економії та ефективності, Замовник прийняв рішення провести закупівлю саме такого товару