

Обґрунтування
технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного
призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
(відповідно до пункту 4¹ постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія:

Комунальне некомерційне підприємство «Житомирський обласний онкологічний диспансер» Житомирської обласної ради;
м.Житомир, вул..Фещенка-Чопівського, 24/4, 10002;
код за ЄДРПОУ – 01991470;
категорія замовника – комунальне некомерційне підприємство;

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

«Код ДК 021:2015 – 50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання (Послуги з перезарядки гама-терапевтичного апарату GammaMed джерелами іонізуючого випромінювання Ir-192)»

3. Ідентифікатор закупівлі:

UA-2025-04-17-007431-a

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:
Технічні і якісні характеристики даного предмету закупівлі враховані в технічній специфікації до тендерної документації (Додаток 1.1). Обсяги визначено відповідно до потреби, обрахованої Замовником та обсягу фінансування.

5. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Очікувана вартість предмета закупівлі, становить **4 842 000,00** грн. що відповідає розміру бюджетного призначення, та впливає з урахування ціни даного предмету закупівлі на ринку, а також з мережі Інтернет.

6. Процедура закупівлі :

Застосовується процедура відкриті торги з особливостями.

(Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі – технічна специфікація)

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

«Код згідно ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник" - 50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання (Послуги з перезарядки гамма-терапевтичного апарату GammaMed джерелами іонізуючого випромінювання Ir-192)»
Кількість послуг (перезарядок) – 3 послуги протягом 2025 року

В рамках надання кожної послуги виконується:

- постачання джерел іонізуючого випромінювання Іридій-192 (Ir-192) (або аналог) у спеціальному захисному транспортно-перезарядному контейнері;
- підготовка гамма-терапевтичного апарату GammaMed до перезарядки джерелом іонізуючого випромінювання Ir-192;
- розрядка гамма-терапевтичного апарату GammaMed спеціалістами, які мають необхідний рівень кваліфікації та допуск до даних робіт;
- зарядка гамма-терапевтичного апарату GammaMed джерелом іонізуючого випромінювання Ir-192 (або аналог) спеціалістами, які мають необхідний рівень кваліфікації, та допуск до даних робіт;
- передексплуатаційна наладка гамма-терапевтичного апарату GammaMed та апробація його в робочому стані;
- повернення спеціального захисного контейнера з відпрацьованим джерелом іонізуючого випромінювання Ir-192;
- приймання відпрацьованого джерела іонізуючого випромінювання Ir-192 для підготовки та передачі його виробнику на захоронення (утилізацію).

Інші вимоги:

При наданні послуг з перезарядки гамма-терапевтичного апарату GammaMed учасник виконує поставку джерел іонізуючого випромінювання (ДІВ) Ir-192 (або аналог) призначені для використання у складі ГТА GammaMed.

Додаткові вимоги до ДІВ:

Вимоги до якості: ДІВ Ir-192 повинні відповідати загальним вимогам до якості ДІВ.

Вимоги до упаковки: ДІВ поставляється в зворотному захисному транспортно-перезарядному контейнері, що підлягає поверненню постачальнику. Упаковка, маркування та транспортування продукції виконується у відповідності до ПБПРМ-2020.

Документація, що додається до ДІВ: сертифікат (паспорт) джерела; сертифікат-відповідності вимогам технічного регламенту (копія), санітарно-епідеміологічний висновок (копія).

Учасник повинен надати у складі пропозиції відповідний лист-згоду щодо виконання даного технічного завдання та інші документи, які вважає за потрібне надати, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції даному додатку.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника, для надання високоякісної медичної допомоги та збереження здоров'я населення, медичного персоналу, з метою здійснення якісного лікування/діагностування, а також з урахуванням вимог нормативних документів.

Посилання Замовником в найменуванні та/або технічних характеристиках на виробників (у разі наявності), торговельну марку (у разі наявності) або тип (у разі наявності), тощо – обумовлено в

тому числі і наданням Учасникам загального уявлення про технічні характеристики чи складові Товару, який потрібен Замовнику.

Учасник, подаючи свою пропозицію, тим самим погоджується, що його тендерна пропозиція може бути відхилена в разі, якщо ним була надана недостовірна інформація щодо відповідності запропонованого ним товару технічним вимогам Замовника або товар, який представляється ним на торги, не відповідає технічним вимогам. Замовник для перевірки відповідності запропонованого Учасником товару може використовувати інформацію, розміщену в мережі Internet, в тому числі в електронній системі закупівель, офіційний сайт Виробника, тощо.

Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції.

У разі отримання достовірної інформації про невідповідність переможця процедури закупівлі вимогам кваліфікаційних критеріїв (якщо такі вимагались), підставам, установленим пунктом 47 Особливостей, або факту зазначення у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі (в тому числі технічні, якісні характеристики), замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника згідно пункту 44 Особливостей.

За підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів чи надання недостовірної інформації учасник торгів несе відповідну відповідальність.

Обґрунтування необхідності закупівлі:

Потреба у даних послугах формувалась у відповідності до потреби замовника, для надання високоякісної медичної допомоги та збереження здоров'я населення, медичного персоналу, здійснення якісного лікування/діагностування, а також з урахуванням вимог нормативних документів. Технічні, якісні та інші характеристики предмету закупівлі були зазначені виходячи з потреби та досвіду замовника, сфери використання та практичних рекомендацій лікарів.

Очікувана вартість предмета закупівлі була прорахована з урахуванням методики розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом МЕРІТУ № 275 від 18.02.2020 та моніторингу цін аналогічних товарів на загальнодоступних Інтернет ресурсах (веб-портал з публічних закупівель, прозора маркет, сайти виробників, тощо).

Для дотримання принципів Закону, а саме максимальної економії та ефективності, Замовник прийняв рішення провести закупівлю саме таких послуг.