

Обґрунтування

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
(відповідно до пункту 4¹ постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія:

Комунальне некомерційне підприємство «Житомирський обласний онкологічний диспансер» Житомирської обласної ради;

м.Житомир, вул.Фещенка-Чопівського, 24/4, 10002;

код за ЄДРПОУ – 01991470;

категорія замовника – комунальне некомерційне підприємство;

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

«Код ДК 021:2015 – 50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання (Послуги з позапланового ремонту системи для контактної променевої терапії GammaMed Plus (S/N H640227))»

3. Ідентифікатор закупівлі:

UA-2025-08-19-011049-a

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Технічні і якісні характеристики даного предмету закупівлі враховані в технічній специфікації до тендерної документації (Додаток 1.1). Обсяги визначено відповідно до потреби, обрахованої Замовником та обсягу фінансування.

5. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Очікувана вартість предмета закупівлі, становить **535 000,00** грн. що відповідає розміру бюджетного призначення, та впливає з урахування ціни даного предмету закупівлі на ринку, а також з мережі Інтернет.

6. Процедура закупівлі :

Застосовується процедура відкриті торги з особливостями.

(Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі – технічна специфікація)

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

«Код згідно ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник" - 50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання (Послуги з позапланового ремонту системи для контактної променевої терапії GammaMed Plus (S/N H640227))»

№ з/п	Найменування	Од. виміру	Кількість
1	<p>Послуга з позапланового ремонту Системи для контактної променевої терапії GammaMed Plus (S/N H640227), виробництва компанії Varian Medical Systems (США), що передбачає:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Опрацювання оновлень по технічній документації та аналіз інформації про безперебійність роботи функціональних вузлів апарата. - Збір та перевірка даних з автоматичної системи фіксації подій. - Діагностика працездатності функціональних вузлів апарата та пошук причин несправності. - Розбирання компонентів корпусу відповідних блоків апарата. - Інспекція стану контактних роз'ємів, інформаційних шлейфів та кабелів електроживлення - Вимірювання та аналіз на відповідність значення напруг в контрольних точках - Зняття осцилограм та оцінка амплітудно-частотних характеристик інформаційних сигналів аналогової - Ремонт системи комп'ютерного контролю виконання процесів із заміною Материнської плати GMplus 3/24 у зборі, 3-тя ревізія С1.26 та Електронного блока комунікації для Gmplus - Калібрування референтних значень систем комп'ютерного контролю виконання процесів. - Налагоджувальні процедури з відновлення працездатності системи комп'ютерного контролю виконання процесів - Перевірка функціонування систем апарату відповідно до регламентних протоколів виробника обладнання. - Інспекція працездатності взаємопов'язаних вузлів з відремонтованим блоком. - Коригування параметрів та налаштування працездатності систем апарата. - Збирання компонентів корпусу відповідних блоків апарата - Перевірка системи комп'ютерного контролю виконання процесів. - Проведення імітації терапевтичної процедури на апараті. 	послуга	1

Вимоги до учасників

1. Учасник повинен надати копію Ліцензії (зі змінами) Державного Інспекції Ядерного Регулювання України на право провадження діяльності використання джерел іонізуючого випромінювання до медичного обладнання (Система для контактної променевої терапії типу «GammaMed Plus»), видана безпосередньо Учаснику, та яка має бути чинною на дату кінцевого строку подання тендерних пропозицій, а також із зазначенням в ній дозволу таких видів робіт з ДІВ: технічне обслуговування; монтаж; демонтаж; зарядка (перезарядка); ремонт.

2. Ремонтні роботи і технічне обслуговування за предметом закупівлі, повинні здійснюватися кваліфікованим спеціалістом (або спеціалістами), який має відповідні знання та навички. На підтвердження Учасник повинен надати копію(-і) сертифікату сервісного інженера(-ів), виданого виробником обладнання Varian Medical Systems.

3. Учасник повинен надати Лист від виробника обладнання / офіційного представника виробника обладнання, що Учасник є авторизованим сервісним партнером та уповноважений надавати послуги з ремонту і технічного обслуговування лінійних прискорювачів на території України, в тому числі має оснащений сервісний центр та штат кваліфікованих, сертифікованих інженерів, які мають доступ до найновішої актуальної технічної документації із застосуванням спеціалізованого програмного інструменту «HASP-KEY».

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника, для надання високоякісної медичної допомоги та збереження здоров'я населення, медичного персоналу, з метою здійснення якісного лікування/діагностування, а також з урахуванням вимог нормативних документів.

Посилання Замовником в найменуванні та/або технічних характеристиках на виробників (у разі наявності), торговельну марку (у разі наявності) або тип (у разі наявності), тощо – обумовлено в тому числі і наданням Учасникам загального уявлення про технічні характеристики чи складові Товару, який потрібен Замовнику.

Учасник, подаючи свою пропозицію, тим самим погоджується, що його тендерна пропозиція може бути відхилена в разі, якщо ним була надана недостовірна інформація щодо відповідності запропонованого ним товару технічним вимогам Замовника або товар, який представляється ним на торги, не відповідає технічним вимогам. Замовник для перевірки відповідності запропонованого Учасником товару може використовувати інформацію, розміщену в мережі Internet, в тому числі в електронній системі закупівель, офіційний сайт Виробника, тощо.

Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про невідповідність переможця процедури закупівлі вимогам кваліфікаційних критеріїв (якщо такі вимагались), підставам, установленим пунктом 47 Особливостей, або факту зазначення у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі (в тому числі технічні, якісні характеристики), замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника згідно пункту 44 Особливостей.

За підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів чи надання недостовірної інформації учасник торгів несе відповідну відповідальність.

Обґрунтування необхідності закупівлі:

Потреба у даних послугах формувалась у відповідності до потреби замовника, для надання високоякісної медичної допомоги та збереження здоров'я населення, медичного персоналу, здійснення якісного лікування/діагностування, а також з урахуванням вимог нормативних

документів. Технічні, якісні та інші характеристики предмету закупівлі були зазначені виходячи з потреби та досвіду замовника, сфери використання та практичних рекомендацій лікарів.

Очікувана вартість предмета закупівлі була прорахована з урахуванням методики розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом МЕРІТУ № 275 від 18.02.2020 та моніторингу цін аналогічних товарів на загальнодоступних Інтернет ресурсах (веб-портал з публічних закупівель, прозоро маркет, сайти виробників, тощо).

Для дотримання принципів Закону, а саме максимальної економії та ефективності, Замовник прийняв рішення провести закупівлю саме таких послуг.