

Обґрунтування

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(відповідно до пункту 4¹ постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія:

Комунальне некомерційне підприємство «Житомирський обласний онкологічний диспансер» Житомирської обласної ради;

м.Житомир, вул..Фещенка-Чопівського, 24/4, 10002;

код за ЄДРПОУ – 01991470;

категорія замовника – комунальне некомерційне підприємство;

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

3. ««Код ДК 021:2015 – 50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання (Технічне обслуговування та ремонт апаратів АГАТ-Р1, ТА-02)»»

4. Ідентифікатор закупівлі:

UA-2026-01-30-011859-a

5. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:
Технічні і якісні характеристики даного предмету закупівлі враховані в технічній специфікації до тендерної документації (Додаток 1.1). Обсяги визначено відповідно до потреби, обрахованої Замовником та обсягу фінансування.

6. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Очікувана вартість предмета закупівлі, становить **418 000,00** грн. що відповідає розміру бюджетного призначення, та впливає з урахування ціни даного предмету закупівлі на ринку, а також з мережі Інтернет.

7. Процедура закупівлі :

Застосовується процедура відкриті торги з особливостями.

(Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі – технічна специфікація)

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ ЩОДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ

Найменування предмета закупівлі: Код ДК 021:2015 – 50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання (Технічне обслуговування та ремонт апаратів АГАТ-Р1, ТА-02).

Місце надання послуг – м. Житомир

Технічне обслуговування та поточний ремонт гамма-терапевтичних апаратів АГАТ-Р1 має включати (1 раз на 3 місяці):

- перевірка заземлення та кріплення блоків, приладів та пристроїв;
- перевірка роботи схеми захисту та блокування;
- перевірка працездатності світлових індикаторів, ліхтарів та світлових табло;
- перевірка та вимірювання похибки у відтворенні параметрів апарату;
- перевірка роботи кінцевих обмежувачів;
- перевірка якості налагодження оптичних концентраторів;
- перевірка технічного стану колекторів електродвигунів, контакторів, автоматичних вимикачів, реле, магнітних пускачів та контактів роз'ємів, блоків, приладів та пристроїв;
- протирання контактів етиловим спиртом;
- перевірка опору ізоляції ланцюгів живлення;
- перевірка технічного стану механічних приводів та механізмів приборів;
- доливання та заміна при потребі мастил в редуктори приводу маятника, столу, циліндричні та черв'ячні пари приводів;
- перевірка стану контактної колонки, чистка та протирання спиртово-бензиновою сумішшю;
- відновлення та ремонт виявлених відхилень;
- проведення налаштування та регулювання робочих параметрів апарату;
- виконання перепайки ненадійних з'єднань;
- заміна блокувальних вимикачів;
- виконання регулювальних робіт блокувальної автоматики;
- проведення метрологічної атестації (1 раз на рік).

технічні умови ТА-02

- перевірка точності взаємного розташування окремих частин апарату
- перевірка надійності з'єднання корпусів частин комплексу
- перевірка з'єднання з шиною заземлення
- перевірка випромінювача на герметичність
- розбирання та збірка обладнання або окремих вузлів обладнання;
- ретельний огляд та оцінка інтенсивності зносу деталей;
- перевірка системи охолодження
- перевірка натягу тросів та гальм
- заміна дефектних болтів, деталей та вузлів;
- обслуговування елементів керування рентгенівською трубкою
- чистка та промивання контактів: магнітних пускачів, реле, роз'ємних з'єднань, кнопок керування
- налагоджувально-регулювальні роботи (схеми керування накалом, схеми керування постачальних пристроїв, схеми керування високовольтного генератора, режим роботи
- центрування та юстування апарату

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника, для надання високоякісної медичної допомоги та збереження здоров'я населення, медичного персоналу, з

метою здійснення якісного лікування/діагностування, а також з урахуванням вимог нормативних документів.

Посилання Замовником в найменуванні та/або технічних характеристиках на виробників (у разі наявності), торговельну марку (у разі наявності) або тип (у разі наявності), тощо – обумовлено в тому числі і наданням Учасникам загального уявлення про технічні характеристики чи складові Товару, який потрібен Замовнику.

Учасник, подаючи свою пропозицію, тим самим погоджується, що його тендерна пропозиція може бути відхилена в разі, якщо ним була надана недостовірна інформація щодо відповідності запропонованого ним товару технічним вимогам Замовника або товар, який представляється ним на торги, не відповідає технічним вимогам. Замовник для перевірки відповідності запропонованого Учасником товару може використовувати інформацію, розміщену в мережі Internet, в тому числі в електронній системі закупівель, офіційний сайт Виробника, тощо.

Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції.

У разі отримання достовірної інформації про невідповідність переможця процедури закупівлі вимогам кваліфікаційних критеріїв (якщо такі вимагались), підставам, установленим пунктом 47 Особливостей, або факту зазначення у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі (в тому числі технічні, якісні характеристики), замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника згідно пункту 44 Особливостей.

За підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів чи надання недостовірної інформації учасник торгів несе відповідну відповідальність.

Обґрунтування необхідності закупівлі:

Потреба у даних послугах формувалась у відповідності до потреби замовника, для надання високоякісної медичної допомоги та збереження здоров'я населення, медичного персоналу, здійснення якісного лікування/діагностування, а також з урахуванням вимог нормативних документів. Технічні, якісні та інші характеристики предмету закупівлі були зазначені виходячи з потреби та досвіду замовника, сфери використання та практичних рекомендацій лікарів.

Очікувана вартість предмета закупівлі була прорахована з урахуванням методики розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом МЕРІТУ № 275 від 18.02.2020 та моніторингу цін аналогічних послуг на загальнодоступних Інтернет ресурсах (веб-портал з публічних закупівель, прозора маркет, сайти виробників, тощо).

Для дотримання принципів Закону, а саме максимальної економії та ефективності, Замовник прийняв рішення провести закупівлю саме таких послуг.