Обґрунтування
технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
(відповідно до пункту 4^1 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія:

Комунальне некомерційне підприємство «Житомирський обласний онкологічний диспансер» Житомирської обласної ради;
м.Житомир, вул..Фещенка-Чопівського, 24/4, 10002;
код за ЄДРПОУ – 01991470;
категорія замовника – комунальне некомерційне підприємство;

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

«Код ДК 021:2015 – 33140000-3 Медичні матеріали (Медичні вироби 9 найменувань)»

3. Ідентифікатор закупівлі:

UA-2026-05-06-014283-a

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Технічні і якісні характеристики даного предмету закупівлі враховані в технічній специфікації до тендерної документації (Додаток 1.1). Обсяги визначено відповідно до потреби, обрахованої Замовником та обсягу фінансування.

5. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Очікувана вартість предмета закупівлі, становить **2 810 000,00** грн. що відповідає розміру бюджетного призначення, та випливає з урахування ціни даного предмету закупівлі на ринку, а також з мережі Інтернет.

6. Процедура закупівлі :

Застосовується процедура відкриті торги з особливостями.

Додаток 1.1 до тендерної документації

(Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі – технічна специфікація)

Медико-технічне завдання

№ з/п	Найменування	Код НК 024:2023:	Медико-технічні вимоги	Одиниця виміру	К-сть
1	Порт-системи Gelsite 6,5	35911 - Інфузійний / ін'єкційний порт, що імплантують	Порт-система венозного доступу призначена для багаторазового внутрішньовенного введення лікарських засобів(в тому числі цитотоксичних препаратів), забору та переливання крові, для проведення комп'ютерної томографії з контрастним посиленням за використання методу ін'єкції високого тиску титанова камера з силіконовою мембраною у корпусі з полісульфону (PSU) та рентгеноконтрастним з'єднувальним кільцем Не більше 30-32мм х 21-22мм х 10.1-10,6мм 4,7 г 0,25 мл Не більше 9.5 6,1 мм Три отвори для швів в корпусі Силікон Вже інтегрований в наявний у наборі катетер Зовнішній діаметр не більше 6.5F (2.2 мм), внутрішній діаметр – не менше 1,0 мм, довжина не менше 800 мм, пропускна спроможність при використанні голки 19G не менше 24 мл/хв, голки 22G не менше 10 мл/хв Можливість проведення МРТ 1.5 або 3 Тесла. Стійкість до застосування високого тиску не меньше 325 psi/22,4 Бар Аксесуари: • Пряма голка Хубера 22G 30 мм -2 шт. • Веноліфтер(підйомник вен). • Пункційна голка 18 G х 70 мм. • J подібний провідник у диспенсері 0,035" х 50-60 см • Дилятатор\Роз'ємний інтродьюсер L180\140(7F) • Тунелюючий стержень • Шприц 10 мл, • Голка Хубера з крильцями 20G 20мм	штука	50
2	Комплект для черезшкірної нефростомії 8,0	10735 Нефростомічний катетер	Комплектуючі набору розмір Ch. 8 • Пункційна канюля, яка складається з 2 частин, з ультразвуковим маркуванням на накінечнику (3 маркувальні кільця), зовнішній діаметр 17.5 G / 1.30 mm, довжина 200 mm; • Жорсткий провідник з гнучким J-подібним накінечником у вивідному пристрої, з інтродьюсером, 800 мм довжиною, зовнішній діаметр 0.038"	штука	130

			• Подовжувач катетера, виготовлений з металу 325 мм довжиною, з пластиковим стилетом, внутрішній діаметр 1.00 mm / 0.039" • Катетер з кінчиком типу Pigtail виготовлений з поліуретану, рентгеноконтрастний, прибл. 30 см, довгий, централ. отвір, гідрогел. покриття 6 дренажних отворів, виямки для утримання шва на стержні, з'єднання типу Luer-Lock • Запірний кран типу LL • Адаптер для сечозбірного мішка (комбінація LL-лійки) • 3 самоклеючі стікери для внесення інформації • Стерильний, одноразовий • Не містить латекс		
3	Міні-спайк зелений	**45316: Канюля/голка для ін'єкцій/інфузій**	Міні-спайки з опором тиску 21 бар мають конектор Луер Локк. Призначені для багаторазового використання (максимально 24 години). Технічні характеристики: Об'єм наповнення: 0,2 мл. Упаковка: 300 шт./коробка.	штука	2 000
4	Гемостатичний засіб, що розсмоктується Reoxcel 7,5x10	38771- Засіб гемостатичний хірургічний на основі полісахаридів рослинного походження, що розсмоктується	Гемостатичний препарат , виготовлений з окисленої регенерованої целюлози (ORC) (поліангідроглюкуронової кислоти) без тваринних або колагенових добавок. Розмір 7,5x10 см. Має забезпечувати швидкий гемостаз при місцевому застосуванні. Термін абсорбції 7-14 діб. Індивідуальна стерильна упаковка.	штука	300
5	У-подібна з'єднувальна трубка	63212 Хірургічна аспіраційна система, Y-подібний клапан-з'єднувач	Шлангова система з Y-подібним коннектором з двома лініями для подачі речовин і фізіологічного розчину, які об'єднуються в одну лінію. Шлангова система одноразового використання, підтримує тиск до 21 бар. Технічні характеристики: Сторона Контрастна речовина - довжина 6 см, об'єм наповнення - 0,2 мл. Сторона NaCl - довжина 32 см, об'єм наповнення - 1,0 мл. Упаковка: 50 шт/коробка.	штука	300
6	Голка одноразова для автоматичної системи Bard Magnum 14G	47540: Голка для біопсії м'яких тканин, одноразового за стосування	Голка для біопсії м'яких тканин призначена для проведення гістологічних біопсійних досліджень м'яких тканин. Сумісна з автоматичними системами MEDCORE,	штука	320

			BARD MAGNUM. Розмір 14G*100 мм. Стерильний, для одноразового використання.		
7	Голка одноразова для автоматичної системи Bard Magnum 18G	47540: Голка для біопсії м'яких тканин, одноразового за стосування	Голка для біопсії м'яких тканин призначена для проведення гістологічних біопсійних досліджень м'яких тканин. Сумісна з автоматичними системами MEDCORE, BARD MAGNUM. Розмір 18G*250 мм. Стерильний, для одноразового використання.	штука	30
8	Напівавтоматична голка для біопсії м'яких тканин	47540: Голка для біопсії м'яких тканин, одноразового за стосування	Напівавтоматична голка для біопсії м'яких тканин з регульованою глибиною проникнення 10 мм або 22 мм має ехогенне покриття для роботи під контролем ультразвуку. Наявні сантиметрове маркування та фіксатор глибини проникнення. Також можна використовувати з коаксіальною голкою-інтрод'юсером. Стерильна, термін стерильності 5 років. Розмір голки: 14G Довжина голки: 100 (мм)	штука	250
9	Голка для порт-систем, що імплантуються з крильцями Surecan® 22G 25 мм	17701 - Набір для внутрішньовенного введення з голкою з бічним отвором	Використовуються для довготривалих інфузій. Розмір - 22 G; Діамаетр (мм) - 0,7; Довжина (мм) - 25; Стійкість до високого тиску до 325 psi (22,4 Бар). Гнучкі крильця для легкої пункції та фіксації. Не містять Латексу та фталатів (DEHP). Подовжувальна трубка з зажимом та Luerlock. Довжина подовжувальної трубки: 200 мм.	штука	600

Учасник у складі тендерної пропозиції надає підписане технічне завдання (специфікація) за формою, викладеною в додатку 1.1 до тендерної документації.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника, для надання високоякісної медичної допомоги та збереження здоров'я населення, медичного персоналу, з метою здійснення якісного лікування/діагностування, а також з урахуванням вимог нормативних документів.

Посилання Замовником в найменуванні та/або технічних характеристиках на виробників (у разі наявності), торговельну марку (у разі наявності) або тип (у разі наявності), тощо – обумовлено в тому числі і наданням Учасникам загального уявлення про технічні характеристики чи складові Товару, який потрібен Замовнику.

Учасник, подаючи свою пропозицію, тим самим погоджується, що його тендерна пропозиція може бути відхилена в разі, якщо ним була надана недостовірна інформація щодо відповідності запропонованого ним товару технічним вимогам Замовника або товар, який представляється ним на торги, не відповідає технічним вимогам. Замовник для перевірки відповідності запропонованого Учасником товару може використовувати інформацію, розміщену в мережі Internet, в тому числі в електронній системі закупівель, офіційний сайт Виробника, тощо.

Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції.

У разі отримання достовірної інформації про невідповідність переможця процедури закупівлі вимогам кваліфікаційних критеріїв (якщо такі вимагались), підставам, установленим пунктом 47 Особливостей, або факту зазначення у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі (в тому числі технічні, якісні характеристики), замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника згідно пункту 44 Особливостей.

За підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів чи надання недостовірної інформації учасник торгів несе відповідну відповідальність.

Обґрунтування необхідності закупівлі:

Потреба у даному товарі формувалась у відповідності до потреби замовника, для надання високоякісної медичної допомоги та збереження здоров'я населення, медичного персоналу, здійснення якісного лікування/діагностування, а також з урахуванням вимог нормативних документів. Технічні, якісні та інші характеристики предмету закупівлі були зазначені виходячи з потреби та досвіду замовника, сфери використання та практичних рекомендацій лікарів.

Посилання Замовником в найменуванні та/або технічних характеристиках на виробників (у разі наявності), торговельну марку (у разі наявності) або тип (у разі наявності), тощо – обумовлено в тому числі і наданням Учасникам загального уявлення про технічні характеристики чи складові Товару.

Очікувана вартість предмета закупівлі була прорахована з урахуванням методики розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом МЕРіТУ № 275 від 18.02.2020 та моніторингу цін аналогічних товарів на загальнодоступних Інтернет ресурсах (веб-портал з публічних закупівель, прозоро маркет, сайти виробників, тощо).

Для дотримання принципів Закону, а саме максимальної економії та ефективності, Замовник прийняв рішення провести закупівлю саме такого товару.