

Обґрунтування
технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного
призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
(відповідно до пункту 4¹ постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія:

Комунальне некомерційне підприємство «Житомирський обласний онкологічний диспансер» Житомирської обласної ради;
м.Житомир, вул..Фещенка-Чопівського, 24/4, 10002;
код за ЄДРПОУ – 01991470;
категорія замовника – комунальне некомерційне підприємство;

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

«Код ДК 021:2015 – 33160000-9 Устаткування для операційних блоків (Електрохірургічні інструменти)»

3. Ідентифікатор закупівлі:

UA-2026-06-15-010777-a

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:
Технічні і якісні характеристики даного предмету закупівлі враховані в технічній специфікації до тендерної документації (Додаток 1.1). Обсяги визначено відповідно до потреби, обрахованої Замовником та обсягу фінансування.

5. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Очікувана вартість предмета закупівлі, становить **343 000,00** грн. що відповідає розміру бюджетного призначення, та впливає з урахування ціни даного предмету закупівлі на ринку, а також з мережі Інтернет.

6. Процедура закупівлі :

Застосовується процедура відкриті торги з особливостями.

**(Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі –
технічна специфікація)**

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ (ТС)

Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати медико – технічним вимогам, встановленим у даному додатку до Документації.

1. Товар повинен бути зареєстрований в Україні та/або дозволений для введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) відповідно до законодавства. Надати документи, що підтверджують проведення оцінки відповідності запропонованих товарів вимогам технічного регламенту затвердженого Постановами КМУ №753, №754, №755 від 02.10.2013 (копія сертифікату або свідоцтва або декларації відповідності) на товар, що закуповується. Якщо товар не підлягає реєстрації, необхідно надати лист пояснення з посиланням на нормативно-правові акти та обґрунтуванням ненадання посвідчення/свідоцтва та/або іншого документу, що підтверджує проведення оцінки відповідності запропонованого товару. .

2. Відповідність технічних характеристик запропонованого Учасником товару повинна бути обов'язково підтверджена шляхом надання заповненої таблиці, наведеної нижче, з посиланням на відповідні розділ(и), та/або сторінку(и) технічного документу виробника (експлуатаційної документації: настанови (інструкції) з експлуатації (застосування), або технічного опису чи технічних умов, або інших технічних документів) в якому міститься ця інформація, разом з додаванням оригіналів таких документів (або витягів з документів), або їх завірених копій.

3. Товар, що постачається має бути новим, невживаним, не вітринним зразком. (Надати гарантійний лист)

№	Найменування предмету закупівлі або еквівалент	Назва та код медичного виробу відповідно до Національного класифікатора	Од. вим.	К-сть
---	--	---	----------	-------

1	Затискач-ножиці електрохірургічні біполярні 180 мм	НК 024: 2023: 47848-Тримач/електрод електрохірургічний для відкритих операцій біполярний багаторазового використання НК 031: 2024: Z12010980 - ЕЛЕКТРОХІРУРГІЧНІ ІНСТРУМЕНТИ – АПАРАТНІ АКСЕСУАРИ	шт.	3
2	Затискач-ножиці електрохірургічні біполярні 160 мм	НК 024: 2023: 47848-Тримач/електрод електрохірургічний для відкритих операцій біполярний багаторазового використання НК 031: 2024: Z12010980 - ЕЛЕКТРОХІРУРГІЧНІ ІНСТРУМЕНТИ – АПАРАТНІ АКСЕСУАРИ	шт.	2
3	Затискач-ножиці електрохірургічні біполярні 270 мм	НК 024: 2023: 47848-Тримач/електрод електрохірургічний для відкритих операцій біполярний багаторазового використання НК 031: 2024: Z12010980 - ЕЛЕКТРОХІРУРГІЧНІ ІНСТРУМЕНТИ – АПАРАТНІ АКСЕСУАРИ	шт	3
4	Затискач-ножиці електрохірургічні біполярні 220 мм	НК 024: 2023: 47848-Тримач/електрод електрохірургічний для відкритих операцій біполярний багаторазового використання НК 031: 2024: Z12010980 - ЕЛЕКТРОХІРУРГІЧНІ ІНСТРУМЕНТИ – АПАРАТНІ АКСЕСУАРИ	шт	2
5	Пінцет електрохірургічний біполярний 180 мм	НК 024: 2023: 47848-Тримач/електрод електрохірургічний для відкритих операцій біполярний багаторазового використання НК 031: 2024: Z12010980 - ЕЛЕКТРОХІРУРГІЧНІ ІНСТРУМЕНТИ – АПАРАТНІ АКСЕСУАРИ	шт	2
6	Кабель для затискачів електрохірургічних біполярних	НК 024: 2023: 47487 Електричний кабель для медичних виробів багаторазового застосування НК 031: 2024: Z12010980 ЕЛЕКТРОХІРУРГІЧНІ ІНСТРУМЕНТИ – АПАРАТНІ АКСЕСУАРИ	шт.	5
7	Кабель для пінцетів електрохірургічних біполярних	НК 024: 2023: 47487 Електричний кабель для медичних виробів багаторазового застосування НК 031: 2024: Z12010980 ЕЛЕКТРОХІРУРГІЧНІ ІНСТРУМЕНТИ – АПАРАТНІ АКСЕСУАРИ	шт	1

№	Найменування	Технічне завдання	Од. виміру	Кількість	Відповідність (так/ні), або посилання на документ, що підтверджує відповідність
1	Затискач-ножиці електрохірургічні біполярні 180 мм	Характеристики: -конусні бранші не більше 2 мм -довжина не більше 180 мм -перекриття, різання -багаторазовий -біполярний принци Максимальне амплітудне значення	шт.	3	

		напруги, яка подається на інструмент- 500 В Максимальна потужність, яка подається на інструменти - 350 Вт Максимальна потужність, яка подається на біполярні інструменти для перекриття великих судин-150 ВТ Електрична міцність ізоляції між робочою частиною й ізоляційним покриттям витримує випробувальну напругу змінного струму 1500 В. Ізоляція інструментів між робочими частинами інструментів й ізоляційним покриттям на інструментах витримує ВЧ напругу, яка дорівнює 120% номінальної напруги інструментів. Призначені для з'єднання (зварювання) або роз'єднання м'яких біологічних тканин, коагуляції цих тканин або резекції їх частин при проведенні відкритих, та закритих хірургічних операцій.			
2	Затискач-ножиці електрохірургічні біполярні 160 мм	Характеристики: -конусні бранші не більше 1 мм -довжина не більше 160 мм -перекриття, різання -багаторазовий -біполярний принци Максимальне амплітудне значення напруги, яка подається на інструмент- 500 В Максимальна потужність, яка подається на інструменти - 350 Вт Максимальна потужність, яка подається на біполярні інструменти для перекриття великих судин-150 ВТ Електрична міцність ізоляції між робочою частиною й ізоляційним покриттям витримує випробувальну напругу змінного струму 1500 В. Ізоляція інструментів між робочими частинами інструментів й ізоляційним покриттям на інструментах витримує ВЧ напругу, яка дорівнює 120% номінальної напруги інструментів. Призначені для з'єднання (зварювання) або роз'єднання м'яких біологічних тканин, коагуляції цих тканин або резекції їх частин при проведенні відкритих, та закритих хірургічних операцій.	шт	2	
3	Затискач-ножиці електрохірургічні біполярні 270 мм	Характеристики: -конусні бранші не більше 3 мм -довжина не більше 270 мм -перекриття, різання	шт	3	

		-багаторазовий -біполярний принци Максимальне амплітудне значення напруги, яка подається на інструмент- 500 В Максимальна потужність, яка подається на інструменти - 350 Вт Максимальна потужність, яка подається на біполярні інструменти для перекриття великих судин-150 ВТ Електрична міцність ізоляції між робочою частиною й ізоляційним покриттям витримує випробувальну напругу змінного струму 1500 В. Ізоляція інструментів між робочими частинами інструментів й ізоляційним покриттям на інструментах витримує ВЧ напругу, яка дорівнює 120% номінальної напруги інструментів. Призначені для з'єднання (зварювання) або роз'єднання м'яких біологічних тканин, коагуляції цих тканин або резекції їх частин при проведенні відкритих, та закритих хірургічних операцій.			
4	Затискач-ножиці електрохірургічні біполярні 220 мм	Характеристики: -конусні бранші не більше 2 мм -довжина не більше 220 мм -перекриття, різання -багаторазовий -біполярний принци Максимальне амплітудне значення напруги, яка подається на інструмент- 500 В Максимальна потужність, яка подається на інструменти - 350 Вт Максимальна потужність, яка подається на біполярні інструменти для перекриття великих судин-150 ВТ Електрична міцність ізоляції між робочою частиною й ізоляційним покриттям витримує випробувальну напругу змінного струму 1500 В. Ізоляція інструментів між робочими частинами інструментів й ізоляційним покриттям на інструментах витримує ВЧ напругу, яка дорівнює 120% номінальної напруги інструментів. Призначені для з'єднання (зварювання) або роз'єднання м'яких біологічних тканин, коагуляції цих тканин або резекції їх частин при проведенні відкритих, та закритих хірургічних операцій.	шт	2	
5	Пінцет	Характеристики:	шт	2	

	електрохірургічний біполярний 180 мм	-прямі бранші не більше 1 мм -довжина не більше 180 мм -багаторазовий -біполярний принци Максимальне амплітудне значення напруги, яка подається на інструмент- 500 В Максимальна потужність, яка подається на інструменти - 350 Вт Максимальна потужність, яка подається на біполярні інструменти для перекриття великих судин-150 ВТ Електрична міцність ізоляції між робочою частиною й ізоляційним покриттям витримує випробувальну напругу змінного струму 1500 В. Ізоляція інструментів між робочими частинами інструментів й ізоляційним покриттям на інструментах витримує ВЧ напругу, яка дорівнює 120% номінальної напруги інструментів. Призначені для з'єднання (зварювання) або роз'єднання м'яких біологічних тканин, коагуляції цих тканин або резекції їх частин при проведенні відкритих, та закритих хірургічних операцій.			
6	Кабель для затискачів електрохірургічних біполярних	Довжина не менше 300 см	шт	5	
7	Кабель для пінцетів електрохірургічних біполярних	Довжина не менше 300 см	шт	1	

Усі посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, вважати такими, що містять вираз "або еквівалент".

Невідповідність запропонованого Учасником товару встановленим медико - технічним вимогам розцінюється як невідповідність пропозиції умовам тендерної документації.

Подання пропозицій за окремими частинами предмету закупівлі не передбачено, Учасники подають свої пропозиції по предмету закупівлі в цілому, відповідно до Медико-технічних вимог.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника, для надання високоякісної медичної допомоги та збереження здоров'я населення, медичного персоналу, з метою здійснення якісного лікування/діагностування, а також з урахуванням вимог нормативних документів.

Посилання Замовником в найменуванні та/або технічних характеристиках на виробників (у разі наявності), торговельну марку (у разі наявності) або тип (у разі наявності), тощо – обумовлено в тому числі і наданням Учасникам загального уявлення про технічні характеристики чи складові Товару, який потрібен Замовнику.

Учасник, подаючи свою пропозицію, тим самим погоджується, що його тендерна пропозиція може бути відхилена в разі, якщо ним була надана недостовірна інформація щодо відповідності запропонованого ним товару технічним вимогам Замовника або товар, який представляється ним на торги, не відповідає технічним вимогам. Замовник для перевірки відповідності запропонованого Учасником товару може використовувати інформацію, розміщену в мережі Internet, в тому числі в електронній системі закупівель, офіційний сайт Виробника, тощо.

Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції.

У разі отримання достовірної інформації про невідповідність переможця процедури закупівлі вимогам кваліфікаційних критеріїв (якщо такі вимагались), підставам, установленим пунктом 47 Особливостей, або факту зазначення у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі (в тому числі технічні, якісні характеристики), замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника згідно пункту 44 Особливостей.

За підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів чи надання недостовірної інформації учасник торгів несе відповідну відповідальність.

Обґрунтування необхідності закупівлі:

Потреба у даному товарі формувалась у відповідності до потреби замовника, для надання високоякісної медичної допомоги та збереження здоров'я населення, медичного персоналу, здійснення якісного лікування/діагностування, а також з урахуванням вимог нормативних документів. Технічні, якісні та інші характеристики предмету закупівлі були зазначені виходячи з потреби та досвіду замовника, сфери використання та практичних рекомендацій лікарів.

Посилання Замовником в найменуванні та/або технічних характеристиках на виробників (у разі наявності), торговельну марку (у разі наявності) або тип (у разі наявності), тощо – обумовлено в тому числі і наданням Учасникам загального уявлення про технічні характеристики чи складові Товару.

Очікувана вартість предмета закупівлі була прорахована з урахуванням методики розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом МЕРіТУ № 275 від 18.02.2020 та моніторингу цін аналогічних товарів на загальнодоступних Інтернет ресурсах (веб-портал з публічних закупівель, прозора маркет, сайти виробників, тощо).

Для дотримання принципів Закону, а саме максимальної економії та ефективності, Замовник прийняв рішення провести закупівлю саме такого товару.